

Parc d'Innovation
BP 50111
F 67403 ILLKIRCH cedex
Tél +33 (0)3 88 67 14 14
Fax +33 (0)3 88 67 11 68
e-mail infos@bioblock.fr

A l'attention de

Nous faisons suite à votre demande du et avons le plaisir de vous adresser en annexe, la documentation complémentaire souhaitée.

Code article - Réf. 21121 - Désignation - Autoclave horizontal 23 l classe B

Vos interlocuteurs en ligne directe

Notre site Internet : www.bioblock.com

Centre d'appel technique : Tél 03 88 67 53 23
Fax 03 88 67 85 11
e-mail vente@bioblock.fr

Centre d'appel commande : Tél. 03 88 67 53 20
Fax 03 88 67 11 68
e-mail adv@bioblock.fr

**Pour la mise en service des ses appareils et pour son Service Après-Vente,
Fisher Bioblock Scientific a choisi :**

Centre d'appel SAV

AVANTEC

Tél. 03 88 66 67 24
Fax 03 88 67 01 76
e-mail infos@avantec.fr

- 50 techniciens spécialisés au départ de 15 stations service
- Laboratoire de métrologie

PJ : M AGE 01
P

Parc d'Innovation
BP 50111
F 67403 ILLKIRCH cedex
Tél +33 (0)3 88 67 14 14
Fax +33 (0)3 88 67 11 68
e-mail infos@bioblock.fr

A l'attention de

Nous faisons suite à votre demande du et avons le plaisir de vous adresser en annexe, la documentation complémentaire souhaitée.

Code article - Réf. 21121 - Designation - Autoclave horizontal 23 l classe B

Vos interlocuteurs en ligne directe

Notre site Internet : www.bioblock.com

Centre d'appel technique : Tél 03 88 67 53 23
Fax 03 88 67 85 11
e-mail vente@bioblock.fr

Centre d'appel commande : Tél. 03 88 67 53 20
Fax 03 88 67 11 68
e-mail adv@bioblock.fr

**Pour la mise en service des ses appareils et pour son Service Après-Vente,
Fisher Bioblock Scientific a choisi :**

Centre d'appel SAV

AVANTEC

Tél. 03 88 66 67 24
Fax 03 88 67 01 76
e-mail infos@avantec.fr

- 50 techniciens spécialisés au départ de 15 stations service
- Laboratoire de métrologie

PJ : M AGE 01
P

Parc d'Innovation
BP 50111
F 67403 ILLKIRCH cedex
Tél +33 (0)3 88 67 14 14
Fax +33 (0)3 88 67 11 68
e-mail infos@bioblock.fr

A l'attention de

Nous faisons suite à votre demande du et avons le plaisir de vous adresser en annexe, la documentation complémentaire souhaitée.

Code article - Réf. 21121 - Désignation - Autoclave horizontal 23 l classe B

Vos interlocuteurs en ligne directe

Notre site Internet : www.bioblock.com

Centre d'appel technique : Tél 03 88 67 53 23
Fax 03 88 67 85 11
e-mail vente@bioblock.fr

Centre d'appel commande : Tél. 03 88 67 53 20
Fax 03 88 67 11 68
e-mail adv@bioblock.fr

**Pour la mise en service des ses appareils et pour son Service Après-Vente,
Fisher Bioblock Scientific a choisi :**

Centre d'appel SAV

AVANTEC

Tél. 03 88 66 67 24
Fax 03 88 67 01 76
e-mail infos@avantec.fr

- 50 techniciens spécialisés au départ de 15 stations service
- Laboratoire de métrologie

PJ : M AGE 01
P

Parc d'Innovation
BP 50111
F 67403 ILLKIRCH cedex
Tél +33 (0)3 88 67 14 14
Fax +33 (0)3 88 67 11 68
e-mail infos@bioblock.fr

A l'attention de

Nous faisons suite à votre demande du et avons le plaisir de vous adresser en annexe, la documentation complémentaire souhaitée.

Code article - Réf. 21121 - Designation - Autoclave horizontal 23 l classe B

Vos interlocuteurs en ligne directe

Notre site Internet : www.bioblock.com

Centre d'appel technique : Tél 03 88 67 53 23
Fax 03 88 67 85 11
e-mail vente@bioblock.fr

Centre d'appel commande : Tél. 03 88 67 53 20
Fax 03 88 67 11 68
e-mail adv@bioblock.fr

**Pour la mise en service des ses appareils et pour son Service Après-Vente,
Fisher Bioblock Scientific a choisi :**

Centre d'appel SAV

AVANTEC

Tél. 03 88 66 67 24
Fax 03 88 67 01 76
e-mail infos@avantec.fr

- 50 techniciens spécialisés au départ de 15 stations service
- Laboratoire de métrologie

PJ : M AGE 01
P

Parc d'Innovation
BP 50111
F 67403 ILLKIRCH cedex
Tél +33 (0)3 88 67 14 14
Fax +33 (0)3 88 67 11 68
e-mail infos@bioblock.fr

A l'attention de

Nous faisons suite à votre demande du et avons le plaisir de vous adresser en annexe, la documentation complémentaire souhaitée.

Code article - Réf. 21121 - Designation - Autoclave horizontal 23 l classe B

Vos interlocuteurs en ligne directe

Notre site Internet : www.bioblock.com

Centre d'appel technique : Tél 03 88 67 53 23
Fax 03 88 67 85 11
e-mail vente@bioblock.fr

Centre d'appel commande : Tél. 03 88 67 53 20
Fax 03 88 67 11 68
e-mail adv@bioblock.fr

**Pour la mise en service des ses appareils et pour son Service Après-Vente,
Fisher Bioblock Scientific a choisi :**

Centre d'appel SAV

AVANTEC

Tél. 03 88 66 67 24
Fax 03 88 67 01 76
e-mail infos@avantec.fr

- 50 techniciens spécialisés au départ de 15 stations service
- Laboratoire de métrologie

PJ : M AGE 01
P

Parc d'Innovation
BP 50111
F 67403 ILLKIRCH cedex
Tél +33 (0)3 88 67 14 14
Fax +33 (0)3 88 67 11 68
e-mail infos@bioblock.fr

A l'attention de

Nous faisons suite à votre demande du et avons le plaisir de vous adresser en annexe, la documentation complémentaire souhaitée.

Code article - Réf. 21121 - Designation - Autoclave horizontal 23 l classe B

Vos interlocuteurs en ligne directe

Notre site Internet : www.bioblock.com

Centre d'appel technique : Tél 03 88 67 53 23
Fax 03 88 67 85 11
e-mail vente@bioblock.fr

Centre d'appel commande : Tél. 03 88 67 53 20
Fax 03 88 67 11 68
e-mail adv@bioblock.fr

**Pour la mise en service des ses appareils et pour son Service Après-Vente,
Fisher Bioblock Scientific a choisi :**

Centre d'appel SAV

AVANTEC

Tél. 03 88 66 67 24
Fax 03 88 67 01 76
e-mail infos@avantec.fr

- 50 techniciens spécialisés au départ de 15 stations service
- Laboratoire de métrologie

PJ : M AGE 01
P

Parc d'Innovation
BP 50111
F 67403 ILLKIRCH cedex
Tél +33 (0)3 88 67 14 14
Fax +33 (0)3 88 67 11 68
e-mail infos@bioblock.fr

A l'attention de

Nous faisons suite à votre demande du et avons le plaisir de vous adresser en annexe, la documentation complémentaire souhaitée.

Code article - Réf. 21121 - Désignation - Autoclave horizontal 23 l classe B

Vos interlocuteurs en ligne directe

Notre site Internet : www.bioblock.com

Centre d'appel technique : Tél 03 88 67 53 23
Fax 03 88 67 85 11
e-mail vente@bioblock.fr

Centre d'appel commande : Tél. 03 88 67 53 20
Fax 03 88 67 11 68
e-mail adv@bioblock.fr

**Pour la mise en service des ses appareils et pour son Service Après-Vente,
Fisher Bioblock Scientific a choisi :**

Centre d'appel SAV

AVANTEC

Tél. 03 88 66 67 24
Fax 03 88 67 01 76
e-mail infos@avantec.fr

- 50 techniciens spécialisés au départ de 15 stations service
- Laboratoire de métrologie

PJ : M AGE 01
P

Parc d'Innovation
BP 50111
F 67403 ILLKIRCH cedex
Tél +33 (0)3 88 67 14 14
Fax +33 (0)3 88 67 11 68
e-mail infos@bioblock.fr

A l'attention de

Nous faisons suite à votre demande du et avons le plaisir de vous adresser en annexe, la documentation complémentaire souhaitée.

Code article - Réf. 21121 - Désignation - Autoclave horizontal 23 l classe B

Vos interlocuteurs en ligne directe

Notre site Internet : www.bioblock.com

Centre d'appel technique : Tél 03 88 67 53 23
Fax 03 88 67 85 11
e-mail vente@bioblock.fr

Centre d'appel commande : Tél. 03 88 67 53 20
Fax 03 88 67 11 68
e-mail adv@bioblock.fr

**Pour la mise en service des ses appareils et pour son Service Après-Vente,
Fisher Bioblock Scientific a choisi :**

Centre d'appel SAV

AVANTEC

Tél. 03 88 66 67 24
Fax 03 88 67 01 76
e-mail infos@avantec.fr

- 50 techniciens spécialisés au départ de 15 stations service
- Laboratoire de métrologie

PJ : M AGE 01
P

Parc d'Innovation
BP 50111
F 67403 ILLKIRCH cedex
Tél +33 (0)3 88 67 14 14
Fax +33 (0)3 88 67 11 68
e-mail infos@bioblock.fr

A l'attention de

Nous faisons suite à votre demande du et avons le plaisir de vous adresser en annexe, la documentation complémentaire souhaitée.

Code article - Réf. 21121 - Désignation - Autoclave horizontal 23 l classe B

Vos interlocuteurs en ligne directe

Notre site Internet : www.bioblock.com

Centre d'appel technique : Tél 03 88 67 53 23
Fax 03 88 67 85 11
e-mail vente@bioblock.fr

Centre d'appel commande : Tél. 03 88 67 53 20
Fax 03 88 67 11 68
e-mail adv@bioblock.fr

**Pour la mise en service des ses appareils et pour son Service Après-Vente,
Fisher Bioblock Scientific a choisi :**

Centre d'appel SAV

AVANTEC

Tél. 03 88 66 67 24
Fax 03 88 67 01 76
e-mail infos@avantec.fr

- 50 techniciens spécialisés au départ de 15 stations service
- Laboratoire de métrologie

PJ : M AGE 01
P

Parc d'Innovation
BP 50111
F 67403 ILLKIRCH cedex
Tél +33 (0)3 88 67 14 14
Fax +33 (0)3 88 67 11 68
e-mail infos@bioblock.fr

A l'attention de

Nous faisons suite à votre demande du et avons le plaisir de vous adresser en annexe, la documentation complémentaire souhaitée.

Code article - Réf. 21121 - Désignation - Autoclave horizontal 23 l classe B

Vos interlocuteurs en ligne directe

Notre site Internet : www.bioblock.com

Centre d'appel technique : Tél 03 88 67 53 23
Fax 03 88 67 85 11
e-mail vente@bioblock.fr

Centre d'appel commande : Tél. 03 88 67 53 20
Fax 03 88 67 11 68
e-mail adv@bioblock.fr

**Pour la mise en service des ses appareils et pour son Service Après-Vente,
Fisher Bioblock Scientific a choisi :**

Centre d'appel SAV

AVANTEC

Tél. 03 88 66 67 24
Fax 03 88 67 01 76
e-mail infos@avantec.fr

- 50 techniciens spécialisés au départ de 15 stations service
- Laboratoire de métrologie

PJ : M AGE 01
P

1) REPLISSAGE



ATTENTION

Utiliser uniquement de l'eau déminéralisée de bonne qualité

Actionner l'interrupteur général

Sélectionner un cycle.

Appuyer sur la touche « START »

Le message suivant va apparaître : « Niveau Réservoir »

Remplir au maximum jusqu'à 1 cm du raccord du trop plein visible depuis la trappe (voir page 5 n°7).

> Méthode 1 :

Verser 3,5 litres d'eau déminéralisée dans le réservoir directement par la trappe de remplissage.

> Méthode 2 :

(option appareil encastré)

1 – Verser 3,5 litres d'eau déminéralisée dans le réservoir de remplissage et visser le bouchon.

2 – Insérer jusqu'au déclic l'embout du bidon de remplissage dans l'orifice.

3 – Une fois le remplissage effectué, appuyer sur la bague noire de l'orifice de remplissage pour libérer l'embout du bidon

2) CONSEILS D'UTILISATION

a) NETTOYAGE DES INSTRUMENTS :

Avant toute stérilisation, les instruments doivent être propres et dépourvus de tous résidus.

- Nettoyer les instruments immédiatement après usage, afin d'éliminer tous résidus.
- Débarrasser les instruments de toutes traces de produit désinfectant pouvant devenir corrosif à chaud, en rinçant abondamment, puis sécher.
- Si nécessaire lubrifier selon les recommandations du fabricant des instruments.

1) REPLISSAGE



ATTENTION

Utiliser uniquement de l'eau déminéralisée de bonne qualité

Actionner l'interrupteur général

Sélectionner un cycle.

Appuyer sur la touche « START »

Le message suivant va apparaître : « Niveau Réservoir »

Remplir au maximum jusqu'à 1 cm du raccord du trop plein visible depuis la trappe (voir page 5 n°7).

> Méthode 1 :

Verser 3,5 litres d'eau déminéralisée dans le réservoir directement par la trappe de remplissage.

> Méthode 2 :

(option appareil encastré)

1 – Verser 3,5 litres d'eau déminéralisée dans le réservoir de remplissage et visser le bouchon.

2 – Insérer jusqu'au déclic l'embout du bidon de remplissage dans l'orifice.

3 – Une fois le remplissage effectué, appuyer sur la bague noire de l'orifice de remplissage pour libérer l'embout du bidon

2) CONSEILS D'UTILISATION

a) NETTOYAGE DES INSTRUMENTS :

Avant toute stérilisation, les instruments doivent être propres et dépourvus de tous résidus.

- Nettoyer les instruments immédiatement après usage, afin d'éliminer tous résidus.
- Débarrasser les instruments de toutes traces de produit désinfectant pouvant devenir corrosif à chaud, en rinçant abondamment, puis sécher.
- Si nécessaire lubrifier selon les recommandations du fabricant des instruments.

1) REPLISSAGE



ATTENTION

Utiliser uniquement de l'eau déminéralisée de bonne qualité

Actionner l'interrupteur général

Sélectionner un cycle.

Appuyer sur la touche « START »

Le message suivant va apparaître : « Niveau Réservoir »

Remplir au maximum jusqu'à 1 cm du raccord du trop plein visible depuis la trappe (voir page 5 n°7).

> Méthode 1 :

Verser 3,5 litres d'eau déminéralisée dans le réservoir directement par la trappe de remplissage.

> Méthode 2 :

(option appareil encastré)

1 – Verser 3,5 litres d'eau déminéralisée dans le réservoir de remplissage et visser le bouchon.

2 – Insérer jusqu'au déclic l'embout du bidon de remplissage dans l'orifice.

3 – Une fois le remplissage effectué, appuyer sur la bague noire de l'orifice de remplissage pour libérer l'embout du bidon

2) CONSEILS D'UTILISATION

a) NETTOYAGE DES INSTRUMENTS :

Avant toute stérilisation, les instruments doivent être propres et dépourvus de tous résidus.

- Nettoyer les instruments immédiatement après usage, afin d'éliminer tous résidus.
- Débarrasser les instruments de toutes traces de produit désinfectant pouvant devenir corrosif à chaud, en rinçant abondamment, puis sécher.
- Si nécessaire lubrifier selon les recommandations du fabricant des instruments.

1) REPLISSAGE



ATTENTION

Utiliser uniquement de l'eau déminéralisée de bonne qualité

Actionner l'interrupteur général

Sélectionner un cycle.

Appuyer sur la touche « START »

Le message suivant va apparaître : « Niveau Réservoir »

Remplir au maximum jusqu'à 1 cm du raccord du trop plein visible depuis la trappe (voir page 5 n°7).

> Méthode 1 :

Verser 3,5 litres d'eau déminéralisée dans le réservoir directement par la trappe de remplissage.

> Méthode 2 :

(option appareil encastré)

1 – Verser 3,5 litres d'eau déminéralisée dans le réservoir de remplissage et visser le bouchon.

2 – Insérer jusqu'au déclic l'embout du bidon de remplissage dans l'orifice.

3 – Une fois le remplissage effectué, appuyer sur la bague noire de l'orifice de remplissage pour libérer l'embout du bidon

2) CONSEILS D'UTILISATION

a) NETTOYAGE DES INSTRUMENTS :

Avant toute stérilisation, les instruments doivent être propres et dépourvus de tous résidus.

- Nettoyer les instruments immédiatement après usage, afin d'éliminer tous résidus.
- Débarrasser les instruments de toutes traces de produit désinfectant pouvant devenir corrosif à chaud, en rinçant abondamment, puis sécher.
- Si nécessaire lubrifier selon les recommandations du fabricant des instruments.

1) REMPLISSAGE



ATTENTION

Utiliser uniquement de l'eau déminéralisée de bonne qualité

Actionner l'interrupteur général

Sélectionner un cycle.

Appuyer sur la touche « START »

Le message suivant va apparaître : « Niveau Réservoir »

Remplir au maximum jusqu'à 1 cm du raccord du trop plein visible depuis la trappe (voir page 5 n°7).

> Méthode 1 :

Verser 3,5 litres d'eau déminéralisée dans le réservoir directement par la trappe de remplissage.

> Méthode 2 :

(option appareil encastré)

1 – Verser 3,5 litres d'eau déminéralisée dans le réservoir de remplissage et visser le bouchon.

2 – Insérer jusqu'au déclic l'embout du bidon de remplissage dans l'orifice.

3 – Une fois le remplissage effectué, appuyer sur la bague noire de l'orifice de remplissage pour libérer l'embout du bidon

2) CONSEILS D'UTILISATION

a) NETTOYAGE DES INSTRUMENTS :

Avant toute stérilisation, les instruments doivent être propres et dépourvus de tous résidus.

- Nettoyer les instruments immédiatement après usage, afin d'éliminer tous résidus.
- Débarrasser les instruments de toutes traces de produit désinfectant pouvant devenir corrosif à chaud, en rinçant abondamment, puis sécher.
- Si nécessaire lubrifier selon les recommandations du fabricant des instruments.

Parc d'Innovation
BP 50111
F 67403 ILLKIRCH cedex
Tél +33 (0)3 88 67 14 14
Fax +33 (0)3 88 67 11 68
e-mail infos@bioblock.fr

A l'attention de

Nous faisons suite à votre demande du et avons le plaisir de vous adresser en annexe, la documentation complémentaire souhaitée.

Code article - Réf. 21121 - Désignation - Autoclave horizontal 23 l classe B

Vos interlocuteurs en ligne directe

Notre site Internet : www.bioblock.com

Centre d'appel technique : Tél 03 88 67 53 23
Fax 03 88 67 85 11
e-mail vente@bioblock.fr

Centre d'appel commande : Tél. 03 88 67 53 20
Fax 03 88 67 11 68
e-mail adv@bioblock.fr

**Pour la mise en service des ses appareils et pour son Service Après-Vente,
Fisher Bioblock Scientific a choisi :**

Centre d'appel SAV

AVANTEC

Tél. 03 88 66 67 24
Fax 03 88 67 01 76
e-mail infos@avantec.fr

- 50 techniciens spécialisés au départ de 15 stations service
- Laboratoire de métrologie

PJ : M AGE 01
P

Parc d'Innovation
BP 50111
F 67403 ILLKIRCH cedex
Tél +33 (0)3 88 67 14 14
Fax +33 (0)3 88 67 11 68
e-mail infos@bioblock.fr

A l'attention de

Nous faisons suite à votre demande du et avons le plaisir de vous adresser en annexe, la documentation complémentaire souhaitée.

Code article - Réf. 21121 - Désignation - Autoclave horizontal 23 l classe B

Vos interlocuteurs en ligne directe

Notre site Internet : www.bioblock.com

Centre d'appel technique : Tél 03 88 67 53 23
Fax 03 88 67 85 11
e-mail vente@bioblock.fr

Centre d'appel commande : Tél. 03 88 67 53 20
Fax 03 88 67 11 68
e-mail adv@bioblock.fr

**Pour la mise en service des ses appareils et pour son Service Après-Vente,
Fisher Bioblock Scientific a choisi :**

Centre d'appel SAV

AVANTEC

Tél. 03 88 66 67 24
Fax 03 88 67 01 76
e-mail infos@avantec.fr

- 50 techniciens spécialisés au départ de 15 stations service
- Laboratoire de métrologie

PJ : M AGE 01
P

Parc d'Innovation
BP 50111
F 67403 ILLKIRCH cedex
Tél +33 (0)3 88 67 14 14
Fax +33 (0)3 88 67 11 68
e-mail infos@bioblock.fr

A l'attention de

Nous faisons suite à votre demande du et avons le plaisir de vous adresser en annexe, la documentation complémentaire souhaitée.

Code article - Réf. 21121 - Désignation - Autoclave horizontal 23 l classe B

Vos interlocuteurs en ligne directe

Notre site Internet : www.bioblock.com

Centre d'appel technique : Tél 03 88 67 53 23
Fax 03 88 67 85 11
e-mail vente@bioblock.fr

Centre d'appel commande : Tél. 03 88 67 53 20
Fax 03 88 67 11 68
e-mail adv@bioblock.fr

**Pour la mise en service des ses appareils et pour son Service Après-Vente,
Fisher Bioblock Scientific a choisi :**

Centre d'appel SAV

AVANTEC

Tél. 03 88 66 67 24
Fax 03 88 67 01 76
e-mail infos@avantec.fr

- 50 techniciens spécialisés au départ de 15 stations service
- Laboratoire de métrologie

PJ : M AGE 01
P

SERVICE APRÈS-VENTE

Nos techniciens réparent eux-mêmes les appareils qu'ils ont fabriqués afin d'en assurer le meilleur suivi.

Nous vous proposons un devis de réparation sous 48 heures pour tout appareil n'étant plus sous garantie.

La réparation d'un appareil, à réception de commande, n'excédera pas 15 jours.

Nous vous proposons de plus un service rapide de prêt de matériel similaire, qui vous évitera d'être pénalisé lors de l'immobilisation de votre appareil.

ADRESSER VOS RÉPARATIONS A VOTRE REVENDEUR

Le numéro de série se trouve sur la plaque à l'arrière de l'appareil et sur la couverture de ce manuel. Nous vous conseillons de conserver précieusement votre manuel d'instructions en tant que justificatif d'achat à une fin d'identification en cas de vol.

En cas de renvoi de l'appareil, utiliser de préférence l'emballage d'origine et purger impérativement le réservoir.

Le numéro de série est à rappeler dans toute correspondance

GARANTIE

L'AGICLAVE est garanti 2 ans à compter de la date de facturation

EXCLUSION DE LA GARANTIE :

- Le filtre antibactérien et le joint de porte.
- Tout appareil présentant des traces de choc.
- Toute utilisation non conforme aux prescriptions d'emploi.
- Les démontages, réparations, modifications exécutés par l'acheteur ou par un tiers.
- Tout appareil dont le N° d'identification sera effacé ou altéré.



RAPPEL : Vous ne devez stériliser que des instruments ayant été nettoyés et décontaminés à froid au préalable, et dépourvus de tout résidu ou particule.

Le non-respect de cette procédure entraîne à terme des dommages conséquents pour l'autoclave (électrovannes bouchées...) qui ne pourront être pris en charge par la garantie.



Fisher Scientific

Part of Thermo Fisher Scientific

Belgique / België

tél 056 260 260

fax 056 260 270

bioblock.belgium@thermofisher.com

www.bioblock.be

España

tél 91 515 92 34

fax 91 515 92 35

bioblock.ventas@thermofisher.com

www.es.fishersci.com

France

tél 03 88 67 53 23

fax 03 88 67 85 11

bioblock.vente@thermofisher.com

www.bioblock.com

Italia

tél 02 953 28 258

fax 02 953 27 374

fishervendite@thermofisher.com

www.it.fishersci.com

Netherlands

tél 020 487 70 00

fax 020 487 70 70

nlinfo@thermofisher.com

www.fishersci.nl

Suisse / Switzerland

tél 056 618 41 11

fax 056 618 41 41

Info.ch@thermofisher.com

www.ch.fishersci.com